



2006년 8월 7일

AFG3000 시리즈 임의/합수 발생기 제품 안전 알림

AFG3000 시리즈 고객님께

이 안전 알림은 부상을 방지하기 위한 사전 주의 사항입니다. AFG3000 시리즈 발생기는 잘못 사용할 경우 위험 전압에 노출되어 부상이나 사망을 초래할 수 있습니다.

이러한 위험은 발생기 후면 패널의 새시 접지 포스트를 사용하고 세 갈래로 된 전원 코드를 통해 공급된 접지가 안정적이지 않거나 접지되지 않은 경우에만 발생합니다. 이러한 조건에서 후면 패널 새시 접지 포스트의 구멍을 통해 전선이나 기타 금속 물체를 삽입하거나 지정된 길이인 6.35mm (0.25in)보다 긴 나사를 사용하면 발생기의 새시가 라인 전압 전위까지 상승할 수 있습니다. 여기에는 새시에 직접 연결된 커넥터의 노출된 금속 표면이 포함됩니다.

이러한 위험을 방지하기 위해서는 동봉된 키트 지시 사항에서 설명한 대로 관련된 모든 발생기에 대해 제공되는 업데이트를 설치해야 합니다. 발생기를 업데이트한 후에는 <http://www.tek.com/safety/afg3000/registration>에서 모델 번호, 일련 번호 및 연락처 정보를 입력하거나 가까운 Tektronix 서비스 센터에 문의하여 업데이트를 확인하십시오. 귀하의 정보는 제3자와 공유되지 않으며 이 알림과 관련된 업데이트를 추적하는 용도로만 사용됩니다.

Tektronix에서는 AFG3000 발생기를 업데이트하시는 모든 고객에게 감사의 뜻으로 **128MB USB 메모리 드라이브를 무료로** 보내 드립니다. 이 드라이브는 귀하의 확인을 거쳐 약 8주 후에 배송되오니

이 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 질문이 있으시면 가까운 Tektronix 영업 사무소나 서비스 센터로 문의해 주십시오. 미국의 경우 1-800-833-9200으로 전화를 걸어 옵션 2를 선택하십시오.

감사합니다.

Connie Goffe  
제품 표준 준수 매니저