

Tektronix, Inc.
P.O. Box 500
Beaverton, Oregon 97077-0001
503 627-7111



2006 年 8 月 7 日

AFG3000 系列任意/函数发生器的产品安全通告

尊敬的 AFG3000 系列产品用户您好！

现将此安全说明发送给您，告知您防止可能发生的意外。泰克公司已证实，如果用户使用 AFG3000 系列发生器的方法不当，可能会导致电压泄漏，从而造成严重的人身伤害甚至死亡。

只有当您使用发生器后面板上的底盘接地柱，或者使用不可靠的三相电源线接地或根本不使用导线接地时，才会出现这种危险。这些情况下，如果在后面板底盘的接地柱孔中插入电线或其他金属物体，或者使用比指定的 6.35 mm (0.25 英寸) 还要长的螺丝钉，都会将发生器底盘的电位提升到线电压。直接与底盘相连的暴露在外面的连接器金属表面的电位也会提升。

为避免出现此类危险，泰克要求您对于附带的套件说明中提到的所有受影响的发生器，都要安装附带的更新。完成发生器更新后，请在 <http://www.tek.com/safety/afg3000/registration> 站点输入型号、序列号和联系人信息，或者联系距离您最近的 Tektronix Service Center (泰克维修中心) 确认更新完毕。我们不会将您的信息泄露给第三方，这些信息仅用于跟踪此通告涉及到的更新。

为了答谢您对 AFG3000 发生器进行的更新，泰克将免费赠送一个 **128 MB 的 USB 存储驱动器**，大约在您确认的八周，可以收到赠品。

感谢您对此次更新的理解与支持。如果您有任何问题，请与距离您最近的泰克销售处或维修中心联系。
(美国客户请拨打电话 1-800-833-9200 并选择 2 键。)

此致

A handwritten signature in black ink that reads "Connie Goffe". The signature is written in a cursive style.

Connie Goffe
产品兼容部经理