

Tektronix, Inc.
P.O. Box 500
Beaverton, Oregon 97077-0001
503 627-7111



2006 年 8 月 7 日

AFG3000 系列任意/函數產生器產品安全通知

親愛的 AFG3000 系列客戶：

此份通知是爲了警告您避免可能造成的傷害。Tektronix 已判斷某些不當使用 AFG3000 系列任意/函數產生器可能讓使用者暴露在潛在的危險電壓下，引起嚴重個人傷害或喪命的危險。

如果您使用產生器后面板的底盤接地桿，且未使用或使用不可靠的三孔電源線接地，則會存在此風險。在這些情況下，將電線或金屬物品插入後面板底盤接地桿的洞內，或使用較指定長度 6.35 毫米 (0.25 吋) 長的螺絲，可將產生器底盤提高避免潛在的電壓風險。包括暴露直接連接底盤之連接器的金屬表面。

爲了避免這個風險，Tektronix 要求您針對內附組件操作指南中受影響的產生器，安裝內附的更新。在您更新產生器之後，請至 <http://www.tek.com/safety/afg3000/registration> 輸入您的型號、序號及聯絡資訊，或連絡最近的 Tektronix 服務中心來確認更新。您的資訊不會分享給協力廠商，且僅用於追蹤與本通知有關的更新。

爲了表達對您更新每一台 AFG3000 產生器的感激，Tektronix 將送您 **免費的 128 MB USB 隨身碟**，會在您確認後約八週內送達。

感謝您對此事件的諒解。如果您有任何問題，請聯絡最近的 Tektronix 經銷商或服務中心。(在美國，請撥 1-800-833-9200 並選擇「選項 2」。)

順心

A handwritten signature in black ink that reads "Connie Goffe". The signature is written in a cursive style.

Connie Goffe
產品認證經理